

T.C.  
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : B.30.2.CUM.0.81.00.00/608

02/03/2016

Konu : Teklife Davet

Fakültemizin ihtiyacı olan (2) kalem 2016-608 NEFROLOJİ & HİPERTANSİYON BD.MALZEME ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi elden, posta veya faks ile göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.DOĞRUDAN ALIM FAKS NUMARASI : 0 346 258 00 20

  
Adem DUMAN  
Hastane Müdür Yrd.  
D.S.Satınalma Birim Sor.

Satınalma tarih ve saati : 04 / 03 / 2016 - 16:15

Teklif Başvuru Yeri : CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ODASI / SİVAS

Teslimat Yeri : CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ / SİVAS

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

**İhtiyaç Listesi**

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	XL TANSİYON ALETİ	3	ADET		
2	MEDİUM TANSİYON ALETİ	2	ADET		

EK: Teknik şartname

**T.C.**  
**CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ**  
**DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ**


Satınalmanın Yapılacağı Birim: Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
- 2) Teklif zarfları bizzat elden verilebileceği gibi şehir dışı firmalar faks yada posta ile gönderilebilir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teslimat süresi teklif mektuplarında belirtilecek olup, Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 6) Teklif edilen ürünlerin UBB numaralarının tekliflerle birlikte belirtilmesi gerekmektedir.
- 7) Firmalar, firmalarının UBB`de kayıtlı olduğuna ilişkin firma ve/veya bayi kodlarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
- 8) Teklif verilen ürünlerin markası belirtilecektir, markası belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Malzemeleri sipariş mektubunda belirtilen süre içerisinde getirmeyen yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odalarına taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir.
- 10) İdaremiz alımı yapıp yapmamakta, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek, iptal etmekte, dilediği miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespit etmektedir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
- 11) Belirtilen Satınalma tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 12) Distribütör ve/veya ana bayice alt bayilerin de (firmanın) UBB`de tanımlanmış olduğuna dair belgeyi teklifle birlikte sunacaklardır. SGK'nın duyurusuna istinaden, GMDN ve UNSPSC kodları ürün tanımlarıyla eşleşmeyen ve/veya hatalı eşlenen firmalardan kaynaklı oluşmuş veya oluşacak kurum ve üçüncü kişilerin zararı ilgili firmalarca ödenecek olup bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ilgili firmalara aittir.
- 13) Yüklenici yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur. Sözleşme kapsamında yüklenici tarafından kesilen ve tutarı (KDV Dahil edilmiş) 3.000,00 TL. ve altındaki faturalara ait doğmuş alacaklar hiçbir suretle devir veya temlik edemez. Firmanın doğacak alacaklarına ilişkin olarak da uygulama aynı yönde yapılacaktır.
- 14) Yükleniciye yapılacak her türlü ödeme 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin ``Ödemelerin yapılmasında öncelik`` başlıklı 22. maddesine istinaden muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılacaktır.
- 15)Yüklenici yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.


## XL TANSİYON ALETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tansiyon aleti perfect Aneroid tipinde olmalı, manometre haznesi ve puar kaşığı kaplama olmalı.
2. Manometre skalası üzerindeki rakamlar okunabilir şekilde olmalı, manometre düşük basınçta çalışmayı sağlamak için birinci boru puardan aldığı havayı tazyik kesesine verecek ikinci boru da tazyik kesesindeki bu havayı manometreye taşıyacak tertibatta olacak şekilde çift boru sistemli ve çift giriş olmalı.
3. Manometre kadranı gayet hassas bir şekilde sifıra ayarlanmış olmalı, kadran 0-300 mm Hg basınç göstergeli olmalı.
4. Manometre ibresi puar tarafından hava verilirken oynamayacak bir sistemde olmalı
5. Manşet çok dayanıklı kumaş ve iplikten yapılmış olmalı. Kancalı ve manşet kancasında 2 (iki) aşamalı kanca olmalı.
6. Tazyik kesesi ve borular orijinal vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı ve hava verilmesi anında derhal şişmeli ve gevşememeli.
7. Borular çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan olmalı.
8. Puar tazyik kesesini kolayca şişirecek şekilde olmalı, puarın dip kısmında filtresi bulunmalı.
9. Kol uyluk çevresi Dış Kılıf Boyutu İç Lastik Boyutu  
XL 46-66cm 66x22cm 21x38 cm

Yrd. Doç. Dr. Süleyman KÖZ




Uzm. Dr. Meryem TİMÜÇİN



## MEDIUM TANSİYON ALETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tansiyon aleti perfect Aneroid tipinde olmalı, manometre haznesi ve puar kaşığı kaplama olmalı.
2. Manometre skalası üzerindeki rakamlar okunabilir şekilde olmalı, manometre düşük basınçta çalışmayı sağlamak için birinci boru puardan aldığı havayı tazyik kesesine verecek ikinci boru da tazyik kesesindeki bu havayı manometreye taşıyacak tertibatta olacak şekilde çift boru sistemli ve çift giriş olmalı.
3. Manometre kadranı gayet hassas bir şekilde sıfıra ayarlanmış olmalı, kadran 0-300 mm Hg basınç göstergeli olmalı.
4. Manometre ibresi puar tarafından hava verilirken oynamayacak bir sistede olmalı
5. Manşet çok dayanıklı kumaş ve iplikten yapılmış olmalı. Kancalı ve manşet kancasında 2 (iki) aşamalı kanca olmalı.
6. Tazyik kesesi ve borular orijinal vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı ve hava verilmesi anında derhal şişmeli ve gevşememeli.
7. Borular çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan olmalı.
8. Puar tazyik kesesini kolayca şişirecek şekilde olmalı, puarın dip kısmında filtresi bulunmalı.
9. Kol uyluk çevresi                      Dış Kılıf Boyutu                      İç Lastik Boyutu  
Medium 18x26cm                      40x11cm                      10x18 cm

Yrd. Doç. Dr. Süleyman KÖZ



Uzm. Dr. Meryem TIMÜÇİN

