


T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
HASTANE FİNANSAL YÖNETİCİLİĞİ

Sayı : B.30.2.CUM.0.81.00.00/2663

14/09/2017

Konu : Teklife Davet

Fakültemizin ihtiyacı olan 2017-2663 Merkezi Depo Birimine 1 Kalem Malzeme Alımı işi satın almacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi elden, posta veya faks ile göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.DOĞRUDAN ALIM FAKS NUMARASI : 0 346 258 00 20


Adem DUMAN
Finansal Yönetici Yrd.

Satınalma tarih ve saati : 15 / 09 / 2017 - 15:00

Teklif Başvuru Yeri : CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HASTANE FİNANSAL YÖNETİCİLİĞİ ODASI / SİVAS

Teslimat Yeri : CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ / SİVAS

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın/İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	Derece Kulaktan Ölçer Prob (Timpanik termometre probu)	120.000	Adet		

EK: Teknik şartname

T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
HASTANE FİNANSAL YÖNETİCİLİĞİ

Satınalmanın Yapılacağı Birim: Cumhuriyet Üniversitesi Hastane Finansal Yöneticiliği

- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
- 2) Teklif zarfları bizzat elden verilebileceği gibi şehir dışı firmalar faks yada posta ile gönderilebilir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teslimat süresi teklif mektuplarında belirtilecek olup, Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 6) Teklif edilen ürünlerin UBB numaralarının tekliflerle birlikte belirtilmesi gerekmektedir.
- 7) Firmalar, firmalarının UBB'de kayıtlı olduğuna ilişkin firma ve/veya bayi kodlarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
- 8) Teklif verilen ürünlerin markası belirtilecektir, markası belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Malzemeleri sipariş mektubunda belirtilen süre içerisinde getirmeyen yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odalarına taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir.
- 10) İdareміz alımı yapıp yapmamakta, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek, iptal etmekte, dilediği miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespitinde serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
- 11) Belirtilen Satınalma tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 12) Distribütör ve/veya ana bayice alt bayilerin de (firmanın) UBB 'de tanımlanmış olduğuna dair belgeyi teklifle birlikte sunacaklardır. SGK nın duyurusuna istinaden, GMDN ve UNSPSC kodları ürün tanımlarıyla eşleşmeyen ve/veya hatalı eşlenen firmalardan kaynaklı oluşmuş veya oluşacak kurum ve üçüncü kişilerin zararı ilgili firmalarca ödenecek olup bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ilgili firmalara aittir.
- 13) Yüklenici yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur. Sözleşme kapsamında yüklenici tarafından kesilen ve tutarı (KDV Dahil edilmiş) 3.000,00 TL. ve altındaki faturalara ait doğmuş alacaklar hiçbir suretle devir veya temlik edemez. Firmanın doğacak alacaklarına ilişkin olarak da uygulama aynı yönde yapılacaktır.
- 14) Yükleniciye yapılacak her türlü ödeme 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin "Ödemelerin yapılmasında öncelik" başlıklı 22. maddesine istinaden muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılacaktır.
- 15)Yüklenici yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

TEKNİK SARTNAME

1- Derece Kulaktan Ölçer Prob (Timpanik termometre probu)

- 1- Termometre timpanik metodla kulak içinden ölçüm yapabilmek üzere kullanılmalıdır.
- 2- Problar cihaza kolay takılabilmeli, tek kullanımlık olmalı ve kullanım sırasında problar deforme olmamalıdır.
- 3- Cihaz arka arkaya en az 10 ölçüme kadar ± 0.1 °C sapma payı ile doğru ölçüm yapabilmelidir.
- 4- Cihaz sonucu °C olarak ölçmelidir.
- 5- Ekranda pilin zayıflama ya da bitme durumu ile ilgili ikaz göstergesi olmalıdır.
- 6- Problar kullanım öncesinde ve sonrasında el değmeden ve kolay yerleştirme ve çıkarabilme özelliğinde bir sisteme sahip olmalıdır, çıkarma esnasında problar istem dışı dağılmamalıdır. Bu sistem kolay deforme olmamalıdır.
- 7- Sıcaklık ölçüm aralığı 33 (± 1) -42 (± 1) °C arasında olmalıdır.
- 8- Cihaz hızlı ölçüm yapabilmelidir.
- 9- Problar anatomik yapıda, yumuşak plastikten üretilmiş olmalıdır
10. Problar orijinal kutularında hijyenik ambalajlara sahip olmalıdır,
- 11- Probları veren firma 200 (ikiyüz) adet cihazı ürün stok mevcutlarında bitene kadar hastanede bulundurmalıdır.
- 12- Her türlü bakım ve pil değişimi tedarikçi firma tarafından ücretsiz yapılmalıdır.
- 13- Cihazların her yıl TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip uluslar arası standartlara uygun olarak ihaleyi alan firma tarafından 6 (altı) ayda bir kalibre edilmesi sağlanacaktır.
- 14- Kalibrasyon cihazlarının da sertifikaları olması gerekmektedir
- 15- Her kalibrasyon sonrasında firmalar tüm cihazlara etiket yapıştırarak ve kalibrasyonlarının yapıldığına dair belgeleri muayene komisyonuna sunacaklardır.
- 16- Cihazla ilgili olarak yaşanan her türlü arıza bozulma ve deformasyon durumunu idarenin bildiriminden sonra firma 7 takvim günü içinde gidermelidir.
- 17- Tedarikçi firma cihazın kullanımı ile ilgili eğitim vermelidir.
18. Tedarikçi firma kliniklerde denenmek üzere 3 cihaz ve her cihaz için en az 50 tane prop vermelidir.

Hem. Tuğba Karadağ POLAT



Hem. Zuhâl TAMER

