



T.C.  
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  
Döner Sermaye Satınalma Müdürlüğü

Sayı : B.30.2.CUM.081.00.00/ 2835-2  
Konu : Yaklaşık Maliyet Tespiti

03.12.2015

Hastanemiz **GÖĞÜS CERRAHİSİ AD. 5 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI 4734** sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca ihale edilecektir. Bu işin yaklaşık maliyetinin hesaplanabilmesi için K.D.V. hariç birim fiyatının karşılıklarına yazılarak **U.B.B kodları ile birlikte tarafımıza ivedilikle bildirilmesini** rica ederim.

Selda EMRAHOĞLU  
D.S. Satınalma Birim Sor.V

Gülhan FIRAT AKBULUT  
D.S.Satınalma Memuru

İHTİYAÇ LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Ek: 1. İhtiyaç Listesi  
2. Teknik şartname

Eki:  
Teknik şartname. (Aşağıdaki adresten ulaşılabilir)



<http://www.cumhuriyet.edu.tr/>

Hizmetler

Kurum içi Bağlantılar

İhale Duyuruları

Uygulama ve Araştırma Hastanesi İhaleleri

Adres: C.Ü. Döner Sermaye Satınalma Müdürlüğü Kampus/SİVAS

Tel: 0 346 258 00 00 dâhili 2121

Fax: 0 346 258 00 31

**GÖĞÜS CERRAHİSİ AD. 5 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI**  
**İşine Ait İhtiyaç Listesi**

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim Fiyatı	Toplam Fiyatı	UBB KODU
1	STERİL TALK (4 GR)	30 Adet			
2	TÜP KÜLTÜR ALMA (TAVŞAN KULAK)	40 Adet			
3	EMİLEBİLİR LİNEER STAPLER KILIFI	40 Adet			
4	TROKARLI 28 F GÖĞÜS TÜPÜ	30 Adet			
5	CYSTOFİX DREN	50 Adet			


## Steril pudra “talk” teknik şartnamesi

- 1- Her türlü kronik plevra iltihabında kullanılmak için hazırlanmış olmalıdır
- 2- Sık tekrarlayan plevral effüzyonlarda ve malign hastalarda kullanılabilirmeli.
- 3- Partikül büyüklüğü 5 µm – 25 µm arasında olmalı ve ispatlı ölçümü olmalı.
- 4- Cerrahi pudradan imal edilmiş olmalıdır
- 5- Gamma sterilizasyon yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır.
- 6- Flakon ambalajlarda kullanıma hazır olmalıdır.
- 7- Emilmez özellikte olmalı ve kalıcı biçimde plevranın yapışmasını sağlamalıdır
- 8- Asbest ve endotoksin içermemelidir
- 9- TSE kalite sertifikalı olmalıdır.

Prof.Dr. Meftih KAPTANOĞLU  
Cum. Üniv. Hastanesi  
Göğüs Cerrahisi AD  
Dip. No: 56A1141 Uz. No: 56475-62738




Prof. Dr. Ekber ŞAHİN  
Cumhuriyet Ü. Hastanesi  
Göğüs Cerrahisi A.D.  
Dip. No: 9726 Uz. No: 56475-62738



## Tüp Kùltür Alma Toplama Kabı ( Tavşan kulak) Teknik Şartnamesi

- 1- Ürün; CH04, CH 18 arası sondalarla birlikte kullanılabilir.
- 2- Konik tabanlı tüp; 10-12 cc hacminde ve 100-120 mm yüksekliğinde olmalıdır.
- 3- Tüpün üzerinde; birisi emme cihazına diğeri de emme (aspirasyon) sondasına bağlanmak üzere iki yollu bir kapak bulunmalıdır.
- 4- İşlemin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için; kapak tüpe vida şeklinde çevrilerek sıkıca monte edilebilecek özellikte olmalıdır.
- 5- Paketin içinde, kültür alma işlemi bittikten sonra kapatılmak üzere bir adet yedek kapak ve hasta bilgilerinin üzerine yazılabileceği bir etiket bulunmalıdır.
- 6- Yedek kapak; tüpe vida şeklinde çevrilerek sıkıca monte edilebilecek özellikte olmalıdır.

Prof. Dr. Mehmet KAYTANOĞLU  
Cumhuriyet Hastanesi  
Göğüs Cerrahisi AD  
Dip. No: 8728 D. No: 56479-6273



Prof. Dr. Ekber ŞAHİN  
Cumhuriyet Ü. Hastanesi  
Göğüs Cerrahisi A.D.  
Dip. No: 8728 D. No: 56479-6273




## Emilebilir Stapler Kılıfı Teknik şartnamesi

1. Torasik operasyonlarda (akciğer rezeksiyonları, büllöz akciğer hastalıkları, intertisyel akciğer hastalıkları vb.) kullanım için uygun olmalıdır.
2. Malzeme, PGA/TMC (poli-glikolid: trimetilen karbonat) kopolimer yapıda olmalıdır.
3. Staplere kolay takılmalıdır.
4. Lineer staplerle uyumlu olmalıdır.
5. Kullanımı için herhangi bir hazırlık (çalkalama, temizleme, yapıştırma vb.) gerektirmemelidir.
6. Malzeme 0,25-0,30 mm ve her yanı eşit kalınlıkta olmalıdır.
7. Sentetik malzemedan yapılmış ve biyolojik olarak uyumlu olmalıdır.
8. Bioemilebilir yapıda olmalıdır.
9. Malzeme steril, orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası olmalıdır.

Prof.Dr. **Mehmet KAPTANOĞLU**  
Cum.Uhv.Hastanesi  
Göğüs Cerrahisi A.D.  
Dip.No: 86AA141 Uzm.No: 41430




Prof. Dr. **Ekber ŞAHİN**  
Cumhuriyet Ü. Hastanesi  
Göğüs Cerrahisi A.D.  
Dip. No: 9728 Uzm. No: 56479-82738




## Trokarlı Göğüs Borusu (toraks dreni) Teknik Şartnamesi

1. Sistem göğüs boşluğundaki hemotoraks ve ampiyemin boşaltılması amacı ile yapılmış olmalıdır.
2. Yumuşak ( soft ), çok yumuşak ( ekstra soft ) olmamalıdır.
3. Tüp üzerinde uzunluk ölçeği ve numarası olmalıdır.
4. Boruların içinde röntgen filmlerinde görünmelerini sağlayacak radyoopak şerit olmalıdır.
5. Tüp içinden geçen metal (trokar) olmalı.
6. Tüpler steril ve tekli paketlerde olmalıdır.
7. Tekliflerle birlikte, orijinal ya da noter tasdikli katalog orijinal numune mutlak suretle verilecektir.
8. PVC'den yapılmış olmalıdır.
9. Slikon olmayacaktır.

Prof.Dr. **Mehmet KAPTANOĞLU**  
Cum.Ünv.Hastanesi  
Göğüs Cerrahisi AD  
Dip.No: 86AA141 Uzm.No: 41430



Prof. Dr. **Ekber ŞAHİN**  
Cumhuriyet Ü. Hastanesi  
Göğüs Cerrahisi A.D  
Dip. No: 8728 Uzm. No: 56479-62738



## Cystofix Teknik Şartnamesi

1. Plevral effüzyonun perkütan yoldan drenajı amacıyla kullanılmalıdır.
2. Takılma işlemi sırasında gerekecek malzemeleri içeren set halinde olmalıdır.
3. kateter poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Kateter çapı 14±2 F ebatlarında olmalı, uzunluğu 45±5cm olmalıdır.
5. Set içerisinde 1 adet metal trocar, 1 adet ucu kıvrık drenaj kateteri ve 1 adet bistüri bulunmalıdır.
6. Trokar koruyucu kılıfı içinde olmalıdır.
7. Kateter üzerinde işaret çizgileri bulunmalıdır.
8. Orijinal steril ambalajında olmalıdır.
9. Firma kliniklerin istediği kateteri vermek zorundadır.

Prof.Dr. Mehmet KAPTANOĞLU  
Cum.Ünv.Hastanesi  
Göğüs Cerrahisi A.D.  
Dip.No: 85A443 Uzm.No: 41430

Prof. Dr. Ekber ŞAHİN  
Cumhuriyet Ü. Hastanesi  
Göğüs Cerrahisi A.D.  
Dip. No: 9728 Uzm. No: 56479-62738